

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

(075) 744-90-36

fax. (075) 744-31-03

<http://www.pcz.org.pl>

e- mail: pcz@pcz.org.pl

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym: 1.235.500,00 złotych

Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000169608 NIP: 614-15-36-763 REGON: 231180960



l. dz. 446 z /07/2007

Kamienna Góra, 17-07-2007r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 3/2007 "na dostawę systemu próżniowego poboru krwi" - odpowiedzi na zapytania do siwz z art. 38 ust. 2

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się iż w dniu 17.07.2007r. wpłynęło pismo dot. niniejszego postępowania o treści j/n:

W odpowiedzi na Państwa pismo l.dz. 441 z/0702007 z dn. 16.07.2007 r, informujemy, że proponowane przez nas rozwiązanie dot. pozycji 13 **jest w pełni równoważne**, ponieważ **spełnia tą samą funkcję**, którą opisuje Zamawiający w SIWZ – **pozwala na uwidocznienie przepływu krwi** (prawidłowego wkłucia), jeszcze przed podłączeniem probówki próżniowej. Końcówka typu luer jest przezroczysta, w związku z tym krew, po dokonaniu wkłucia do żyły, ukazuje się w jej świetle (spełnia to funkcję identyczną z tzw. „okienkiem” w igle). Proponowana igła w pełni pasuje do oferowanego systemu próżniowego pobierania krwi, jest z nim w pełni kompatybilna (poprzez połączenie z luer adapterem) i pochodzi od tego samego producenta. Nie ma więc powodu, aby eliminować to rozwiązanie, zarzucając, że „nie jest systemowe”.

Innym (kolejnym) sposobem uwidocznienia przepływu krwi (prawidłowości wkłucia) jest użycie motylków systemowych do pobierania krwi w systemie próżniowym.

Krew pojawia się w przezroczystym wężyku motylka bezpośrednio po wkłuciu do żyły. (Długość igły motylka wynosi standardowo ok. 19mm.).

Jest więc kilka sposobów na uzyskanie efektu „widocznego przepływu”, dlatego prosimy o dopisanie z poz. 13: „lub rozwiązanie równoważne”, tak jak dzieje się to w licznych innych szpitalach publicznych, które nie chcą ograniczać konkurencji w przetargach publicznych.

Zapis taki leży w interesie Zamawiającego, ponieważ pozwoli na uzyskanie wielu konkurencyjnych ofert, co w efekcie zawsze prowadzi do obniżenia ceny i zaoszczędzenia środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

W odpowiedzi na powyższe zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci motylków systemowych do pobierania krwi w poz. 13, w związku z czym prosimy o przedstawienie próbek do przetargu na powyższą pozycję wraz z instrukcją bądź zademonstrowanie danego rozwiązania.

z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król