

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

(075) 744-90-36

fax. (075) 744-31-03

<http://www.pcz.org.pl>

e- mail: pcz@pcz.org.pl

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym: 1.385.500,00 złotych

Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000169608 NIP: 614-15-36-763 REGON: 231180960

I. dz.613 z /10/2008

Kamienna Góra, 24-10-2008r.



wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 10/2008 na dostawę materiałów do monitorowania i kontroli procesu sterylizacji dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp zoo w Kamiennej Górze N ZOZ Szpitala Powiatowego wyjaśnienia treści siwz z art. 38 ust. 2

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp zoo Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego - jako Zamawiający informuje, iż w dniu 22.10.2008r. wpłynęły pytania o treści j/n:

Pytanie 1

Czy w pakiecie nr 7 pozycja 1 Zamawiający dopuści złożenie oferty na torebki papierowo - foliowe w rozmiarze 50 x 250 mm lub 75 x 200 mm zamiast 50 x 200 mm?

Odp: Tak, dopuszcza rozm. 50 x 200 mm.

Pytanie 2

Czy w pakiecie nr 7 pozycja 5 Zamawiający dopuści złożenie oferty na torebki papierowo - foliowe w rozmiarze 420 x 600 mm zamiast 420 x 500 mm?

Odp: Tak, dopuszcza.

Pytanie 3

Czy w pakiecie nr 8 pozycja 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki samoprzylepne w rozmiarze 90 x 230 mm?

Odp: Tak, wyraża zgodę.

Pytanie 4

Czy w pakiecie nr 11 pozycja 1 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na opakowania włókninowo – foliowe w rozmiarze 42x45 lub 42x60 cm?

Odp: Tak, wyraża zgodę na opakowania rozm. 42 x 60 cm.

Pytanie 5

Czy w pakiecie nr 11 pozycja 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na opakowania włókninowo – foliowe w rozmiarze 27x35 cm?

Odp: Tak, wyraża zgodę.

Zamawiający nadmienia iż materiały podane w pakiecie nr 10 – rękawy papierowo- foliowe bez fałdy dotyczą sterylizacji tlenkiem etylenu i pary wodnej. Natomiast w pakiecie nr 8 prosimy o dopisanie j.m. szt.

Powyższe pytania i odpowiedzi należy traktować jako wiążące dla Stron, które są integralne do siwz.

sporządziła: mgr Ewelina Wincza

Z poważaniem

Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król