

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GÓRZE sp zoo
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY
Ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra
Tel. (0 – 75) 744-90-00 fax (0-75) 744-90-27 lub 744-31-03
l.dz. 527z z/10/2006 Kamienna Góra dn. 04-10-2006r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 11/2006 na dostawę drobnego sprzętu medycznego

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) w specyfikacji i istotnych warunków zamówienia na dostawę drobnego sprzętu medycznego przekazuje treść wyjaśnień wykonawcom na poniższe pytania, które wpłynęły w dniu **03.10.2006r.**

Pyt 1 dotyczy rozdział III, pkt. 2

Uprzejmie prosimy o podanie, jakie dokumenty wymagane będą w przedmiotowym przetargu od firm mających siedzibę zagraniczną (czy od takich oferentów zamawiający wymagać będzie złożenia dokumentów określonych w par. 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r ?

Odp: Tak, w takim przypadku zastosowanie będą miały przepisy RPRM z dnia 19 maja 2006r. par. 2 ust. 1,2 i 3.

W dniu 04.10.2006r. wpłynęły kolejne pytania:

Pytanie 1.

Pakiet 3, 11

Czy Zamawiający na pewno ma tu na myśli rurki zbrojone?

Odp: Zamawiający informuje, iż zaszła omyłka rurki winny być nie zbrojone. Zamawiane rurki to rurki tracheostomijne z podwójnym mankietem niskociśnieniowym (dwubalonowe), sterylne wykonane z termoplastycznego PVC zapewniającego dużą elastyczność rurki o gładkich ścianach ułatwiających odsysanie, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki, tasiemka mocująca, przewodnica, nie zawierająca lateksu, jałowa jednorazowego użytku, nie zbrojone.

Pytanie 2.

Pakiet 5, poz. 1

Zamawiający podaje rozm. Ch15 któremu odpowiada średnica 5,0mm, czy Zamawiający dopuści taką przewodnicę?

Odp: Tak.

Pytanie 3.

Pakiet 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za szt. w przypadku gdy producent pakuje te zestawy w opakowania zbiorcze po 50szt. ?

Odp: Tak.

Pytanie 4.

Pakiet 13, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji?

Odp: Tak.

Pytanie 5.

Pakiet 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaciskacie mikrobiologicznie czyste ?

Odp: Nie.

Pytanie 6.

Pakiet 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści termometry pakowane po 25 szt. ?

Odp: Tak.

Pytanie 7.

Pakiet 30, poz. 3-6

Czy Zamawiający dopuści końcówkę z rączka o dł. 300mm ?

Odp: Tak.

Pytanie 8.

Pakiet 30, poz. 11-18

Czy Zamawiający wydzieli te pozycje do podpakietu?

Odp: Tak.

Pytanie 9.

Formularz cenowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z formularza kolumny „ dokument dopuszczenia produktu do obrotu” w przypadku gdy wykonawca załącza do oferty jedynie oświadczenia o atestach? Odpowiednie atesty zostaną dostarczone w przypadku wyboru oferty z każdą pierwszą dostawą.

Odp: Nie, Zamawiający nie wyłączy w/w kolumny, jest ona niezbędna do późniejszej weryfikacji. Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli takowy dokument istnieje i jest wymagany przepisami prawa na dany produkt, na który zamawiający złożył zamówienie publiczne to należy zaznaczyć w kolumnie jego nazwę, nr i datę kiedy został wydany. Kolumna ta służy do podania danych, które będą zawierały dokumenty o których mowa w pkt. 3 rozdziału II, które są wymagane jako zał nr 8 w formie konkretnych dokumentów bądź oświadczenia..

Kolejne pytania wpłynęły w tym samym dniu:

Pyt 1 dotyczy pakietu 13

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek bez opisu w języku polskim na opakowaniu jednostkowym?

Odp: Nie.

Pyt 2 dotyczy pakietu 17

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemników o poj. 200 ml w poz. 1 ?

Odp: Tak.

Pyt 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do lewatywy, którego końcówka posiada tylko jeden otwór (tzn. bez otworów bocznych umożliwiających kontynuowanie lewatywy przy zaczopowaniu otworu centralnego?)

Odp: Tak.

W dniu 05.10.2006r. wpłynęło pytanie o treści:

Pakiet nr 29 - trokary do drenażu klatki piersiowej, sterylne:

- 1) pozycja nr 3: Prosimy o pozwolenie na zastąpienie troakarów do drenażu klatki piersiowej o rozmiarze 14 Fr troakarami o rozmiarze 12 lub 16 Fr, bądź wydzielenie tej pozycji z pakietu**
- 2) pozycja nr 5: Prosimy o pozwolenie na zastąpienie toakarów do drenażu klatki piersiowej o rozmiarze 18 Fr troakarami o rozmiarach 16 lub 20 Fr, bądź wydzielenie tej pozycji z pakietu**

Odp: W odpowiedzi na powyższe Zamawiający zweryfikował pakiet nr 29 i rezygnuje z poz. nr 3 - troakar rozm. 14 , poz. 4 - troakar rozm. 16 oraz poz. 7 - troakar rozm. 26, natomiast w poz. nr 5 gdzie był troakar rozm. 18 składa zamówienie na troakar rozm. 20.

Z poważaniem

**Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król**