

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

(075) 744-9036

fax. (075) 744-3103

<http://www.pcz.org.pl>

e- mail: pcz@pcz.org.pl

KRS 0000169608

Wys. kap. Zakł. 4 351 500,00 zł

Kamienna Góra, dnia 26 01 2012

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: postępowania nr 1/2012 na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla PCZ w
Kamiennej Górze Sp z o. o . NZOZ Szpital Powiatowy

Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.,
Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Zamawiający informuje, iż w dniu 24.01.2012r. wpłynęły kolejne pytania:

Pyt. 1. dotyczy pakietu 103- sprzęt anestezjologiczny

Z faktu, iż w obecnej formie SIWZ do pakietu 103 może przystąpić tylko nieliczna grupa oferentów, proszę o
wydzielenie pozycji, w których znajdują się zestawy do wkluc centralnych i stworzenie osobnego pakietu. Taka zmiana
na pewno poszerzy grono oferentów i wpłynie pozytywnie na stan ekonomiczny Zamawiającego. Nasze zestawy do
wkluc centralnych 3- światłowe (8F/16 cm) posiadają w zestawie:

1. Ostrą igłę wprowadzającą, cienkościenną. Igła posiada port w kształcie litery „Y” co znacznie umożliwia ułatwia
wprowadzanie płynów oraz przewodnika w tym samym czasie. Rozmiar igły 18Ga/7cm.
2. Rozszerzadło, ułatwiające wprowadzenie cewnika.
3. Przewodnica w osłonce z podajnikiem, umożliwiająca wprowadzenie przewodnicy jedną ręką, jedna końcówka
przewodnicy miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta. Rozmiary przewodnicy 0.035”x45 cm.
4. Cewnik centralny wykonany z poliuretanu miękki w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka
umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia.
5. Końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi.
6. Skrzydełka mocujące.
7. Strzykawka 5ml,
8. Zestaw umieszczony na tacy z wgłębieniami uniemożliwiającymi wypadanie elementów, opakowanie sterylne.
9. Skalpel

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pakiet 50

Czy Zamawiający dopuści maski silikonowe, wielorazowego użytku, w numeracji od 0-5, które są tożsame z
rozmiarami 1-6, gdzie:

- rozmiar 0, noworodek
- rozmiar 1, niemowlę
- rozmiar 2, małe dziecko
- rozmiar 3, duże dziecko
- rozmiar 4, mały dorosły
- rozmiar 5, duży dorosły

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych . 075/744-90-33.

Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.

sporządziła: mgr Ewelina Wincza
z poważaniem

Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król