

**POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w KAMIENNEJ GÓRZE sp zoo
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY**

Ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra

Tel. (0 – 75) 744-90-00 fax (0-75) 744-90-27 lub 744-31-03

L.dz. 649 z/12/2006

Kamienna Góra dn. 05-12-2006r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania nr 14/2006 na "dostawę odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego" dla Szpitala Powiatowego w Kamiennej Górze przy ulicy Bohaterów Getta 10" - wyjaśnienia i modyfikacje z art. 38

Zamawiający informuje, iż w dniu 29 - 11 - 2006r. wpłynęły poniższe zapytania do niniejszego przetargu o treści jak poniżej:

Pyt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie II podgrupa A pakiet 1 - wapnia metodą z o-krezoloftaleiną i żelaza metodą z ferenem ?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w/w metod, gdyż są one zupełnie inne.

W dniu 30.11.2006r. wpłynęły kolejne pytania:

Pyt. 1 Czy w pakiecie nr 1 grupa II podgrupa B poz. 12,13,14,15 Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane a'5ml?

Odp: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

W dniu 23.11.2006r. wpłynęły następujące pytania:

Grupa II podgrupa A

Pakiet nr 1

Pyt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bilirubiny całkowitej metodą z kwasem sulfanilowym i akceleratorem DMSO?

Odp: Tak, gdyż jest to modyfikacja.

Pyt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bilirubiny bezpośredniej metodą z kwasem sulfanilowym i akceleratorem DMSO?

Odp: Tak, gdyż jest to modyfikacja metody.

Pyt. 3 Czy w poz. 26, 27 pakietu należy zaoferować surowice kontrolne biochemiczne?

Odp: Tak.

Pyt 4. Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania surowic kontrolnych biochemicznych pochodzenia ludzkiego czy zwierzęcego?

Odp: Pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego.

Pyt 5. Zamawiający określił wielkość fiolek kontroli biochemicznych, multikalibratora i osoczy kontrolnych na 2 - 4 ml. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie multikalibratora w fiolkach po 5 ml?

Odp: Tak.

Pakiet nr 5

Pyt 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do krwi utajonej w kale w postaci testu immunochromatycznego kasetkowego?

Odp: Tak.

Pytania do swiz:

Czy Zamawiający mógłby określić w jaki sposób ma być wyliczona wartość brutto poszczególnych pozycji i wartość brutto pakietu? W rozdziale II w uwagach zamawiający określił sposób wyliczenia wartości brutto jako: cena jednostkowa brutto x ilość, natomiast w rozdziale VI określił sposób wyliczenia jako: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT.

Odp: Zamawiający informuje, iż w przypadku pakietów z grupy II podgrupa: A,B,C oraz D - w których - w niektórych pozycjach występują tzw. "oznaczenia" należy zastosować się do powyższego wzoru, natomiast w pozostałych przypadkach w grupach I oraz II wymienionych j/w, gdzie występują j.m.- "mililitry" należy dostosować się opisu na stronie nr 10 siwz, a więc:

◇ grupa II podgrupa A W celu prawidłowego wypełnienia formularza cenowego stanowiącego zał nr g do

niniejszej specyfikacji należy przeliczyć oferty na opakowania handlowe. Ilości podane w powyższych tabelkach z wyjątkiem pakietów nr 3, 5 oraz poz. 1 - pakiet nr 2 (gdzie występują oznaczenia) określają roczne ilości zamówionych mililitrów. Ilości te mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Należy sporządzić przeliczenie podanych mililitrów na opakowania handlowe oferenta zaokrąglając w górę do pełnego opakowania. W kolumnie „ilość opakowań handlowych na rok” należy podać ilość pełnych opakowań handlowych odczynnika odpowiadającą ilości mililitrów podanej na 1 rok w wyżej podanych tabelkach oraz formularzu cenowym – zał nr g do siwz. W celu obliczenia wartości netto i brutto należy przemnożyć ilość pełnych opakowań przez cenę 1 opakowania odpowiednio (netto i brutto). W związku z powyższym prosimy o dodane są rubryki w odpowiednich załącznikach pod nazwą: „cena 1 opakowania netto i odpowiednio brutto o w formularzu cenowym”. Pozwoli to na rzetelne obliczenie wartości pakietów oraz porównanie złożonych ofert. Zamawiający informuje, że tylko w taki sposób można dokonać wyceny ofert przez oferentów. Oferty obliczone według osobiście przyjętych wzorów będą odrzucone!

- ◇ Grupa II podgrupa B Wartość netto i wartość brutto należy wyliczyć poprzez przemnożenie cen: za jeden ml netto i odpowiednio ceny za jeden ml brutto z zamawianą ilością mililitrów podana w pakietach a następnie tak obliczone wartości zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
- ◇ Grupa II podgrupa C W celu prawidłowego wypełnienia formularza cenowego stanowiącego zał nr g do niniejszej specyfikacji należy przeliczyć oferty na opakowania handlowe. Ilości podane w powyższych tabelkach (gdzie występują oznaczenia) określają roczne ilości zamówionych mililitrów. Ilości te mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Należy sporządzić przeliczenie podanych mililitrów na opakowania handlowe dostępne u oferenta zaokrąglając w górę do pełnego opakowania. W kolumnie „ilość opakowań handlowych na rok” należy podać ilość pełnych opakowań handlowych odczynnika odpowiadającą ilości mililitrów podanej na 1 rok w wyżej podanych tabelkach oraz formularzu cenowym – g.
- ◇ Grupa II podgrupa D Wartość netto i wartość brutto należy wyliczyć poprzez przemnożenie cen: za jeden ml netto i odpowiednio ceny za jeden ml brutto z zamawianą ilością mililitrów podana w pakietach a następnie tak obliczone wartości zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

W dniu 05.12.2006r. wpłynęły kolejne pytania o treści j/n:

Grupa I, Pakiet nr 1, poz. 1

Szkiełka typu Super-Frost posiadają jednostronne matowe pole do opisu. W związku z powyższym czy Zamawiający ma na myśli szkiełka typu Super-Frost jednostronnie zmatowione czy szkiełka z polem do opisu zmatowione dwustronnie?

Odp: Zamawiający dopuszcza szkiełka typu Super-Frost jednostronnie zmatowione lub szkiełka z polem do opisu zmatowione dwustronnie (barwne lub bezbarwne).

Grupa I, Pakiet nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do OB. posiadający probówkę na 0.8 ml krwi oraz całkowitej objętości 1 ml?

Odp: Tak.

Grupa II, podgrupa A, Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga oświadczenia producenta aparatu Clinitec, że oferowane paski nie uszkadzają toru pomiarowego aparatu a uzyskane wyniki są wiarygodne?

Odp: Nie wymaga.

Grupa II, podgrupa C, pakiet nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający wymaga hematoksylinę Harrisa czy Mayera?

Odp: Mayera.

Grupa II, podgrupa C, pakiet nr 3, poz. 1, 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji, ponieważ nie posiadają certyfikatu zgodności CE – związku z tym nie są dopuszczone do obrotu na terenie Polski?

Odp: Tak.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Zamawiający modyfikuje siwz w załączniku nr g formularz cenowy - Grupa I pakiet nr 3 - drobny sprzęt laboratoryjny w poz. 2 Zamawiający dopuszcza rozpylony roztwór oprócz EDTA-K2 również EDTA-K3.

W tym samym pakiecie nr 3 w poz. 4 Zamawiający dopuszcza próbówki o pojemności od 3,6 ml - 4 ml, natomiast poz. 5 mylnie podano probówkę o objętości 2,9 ml, winno być probówka o objętości od 0,8 - 1,6 ml - Zamawiającemu chodzi o system otwarty.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 11.12.2006r. na dzień 13.12.2006r. godz. 10.00, termin otwarcia ofert ustala się na dzień 13.12.2006 r. godz. 10:15.

Za zaistniałe nieścisłości serdecznie przepraszamy!

Pozostałe dane pozostają bez zmian.

z poważaniem

Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król