

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

(075) 744-90-36

fax. (075) 744-31-03

<http://www.pcz.org.pl>

e- mail: pcz@pcz.org.pl

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym: 1.235.500,00 złotych

Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000169608 NIP: 614-15-36-763 REGON: 231180960

L.dz. 741 z /12/2007

Kamienna Góra, 12-12-2007r.



wg rozdzielnika
wszyscy wykonawcy

Dotyczy: zawiadomienie wykonawców uczestniczących w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę drobnego sprzętu medycznego nr 12/2007 dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp zoo w Kamiennej Górze N ZOZ Szpital Powiatowy o złożeniu protestu i wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu w wyniku wniesienia protestu

Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) - Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Kamiennej Górze zawiadamia, że w dniu 12.12.2007 r. wpłynął protest na rozstrzygnięcie z dnia 07.12.2007r. postępowania w sprawie dostawy drobnego sprzętu medycznego nr 12/2007 przeprowadzonego w dniu 09.11.2007r. od firmy Skamex Company Ltd. sp zoo z siedzibą w Łodzi, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Zamawiający przekazuje kopię protestu wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu oraz zamieszcza również na stronie internetowej www.pcz.org.pl i wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w toczącym się postępowaniu w wyniku wniesionego protestu.

Zgodnie z art. 181 ust. 4 ust. 5 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpią do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawcy wezwani nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Jednocześnie Zamawiający działając zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późn. zm. zawiesza bieg terminu związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak w tytule do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu z dnia 12-12-2007r.

KOPIA WNIESIONEGO PROTESTU

Łódź, dnia 12.12.2007

Skarżący protestem:
Skamex Company Ltd.
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Zdrowia
NZOZ
Szpital Powiatowy
Ul. Bohaterów Getta 10
54-400 Kamienna Góra

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę drobnego sprzętu medycznego. Nr sprawy: 12/2007

Firma Skamex Company Ltd. Sp. z o.o. z Łodzi, ul. Częstochowska 38/52 działając na podstawie art. 180 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm. dalej: Ustawa Pzp) po otrzymaniu w dniu 07.12.2007 roku zawiadomienia stanowiącego o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania składa:

PROTEST

na niżej wskazane czynności Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w pakiecie 20 powodujące naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, t.j.

1. Wybranie oferty niezgodnej z SIWZ, co stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Protestująca wnosi o:

- unieważnienie decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 20
- powtórzenie czynności Zamawiającego związanych z badaniem i oceną ofert w pakiecie 20 z uwzględnieniem oferty protestującego oraz odrzucenie oferty Covidien Polska Sp. z o.o.

Zamawiający dokonując oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w pakiecie nr 20 dokonał tych czynności nieprawidłowo czym naruszył nasz interes prawny.

Uzasadnienie

Zamawiający wybierając za najkorzystniejszą ofertę firmy Covidien Polska Sp. z o.o. pozbawił

nas możliwości pozyskania zamówienia jako jedynej firmy posiadającej ofertę zgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w załączniku cenowym nr g, stanowiącym integralną część SIWZ, dotyczącym pakietu 20 – „pojemniki z jałową wodą” określił szacunkowe ilości zamawiane w miesiącu oraz w ciągu roku. Formularz cenowy złożony przez firmę Covidien Polska Sp. z o. o. różni się od formularza wymaganego przez Zamawiającego w kolumnie „ilość w miesiącu” oraz „ilość w ciągu 12 m-cy”. Zgodnie z rozdziałem XV SIWZ „przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi, czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w siwz, czy została ona prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych” oraz „Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz siwz i została ona oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru w siwz i ustawę Pzp”. Zmieniając w formularzu cenowym zamawiane ilości firma Covidien powinna zostać odrzucona na podstawie artykułu 89, ust.1, pkt.2, który mówi, że „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

W związku z powyższym należy uznać, że firma Skamex Company Ltd. Sp. z o. o. jest jedyną firmą spełniającą wymogi stawiane wykonawcom w SIWZ w pakiecie 20. Formularz cenowy firmy Covidien Polska Sp. z o. o. różni się od formularza cenowego zawartego w SIWZ. Zamawiający wymagał w pozycji 1 i 2 ilości w miesiącu 10 szt , natomiast w ciągu 12 m-cy 120 sztuk. Firma Covidien Polska Sp. z o. o. przedstawiła ilości mniejsze (ilości w miesiącu 5 szt, ilości w ciągu 12 miesięcy 60 szt), które automatycznie wiążą się ze zmianą wartości brutto i netto oferty dla pakietu nr 20 oraz zmianą warunków SIWZ.

Dodatkowo nadmieniamy, iż Zamawiający w pakiecie 20, poz.2 wymagał „pojemnika z jałową wodą do nawilżania tlenu o pojemności 300-400 ml”, natomiast firma Covidien Polska Sp. z o. o. zaoferowała pojemnik o pojemności 500 ml czyli produkt niezgodny z SIWZ.

Mając na uwadze powyższe argumenty wnosimy jak na wstępie.

W tym stanie rzeczy protest jest zasadny, złożony w terminie (informację o rozstrzygnięciu powzięliśmy w dniu 07.12.2007).